

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Favorecido: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Contato: (21)3293-1661 / (21)96764-0460 – Sra. Ana Cristina
e-mail: acorrea@confiancemedical.com.br / cristiano@confiancemedical.com.br
Data: 14/09/2023

Autorizado a fornecer o material listado, conforme AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - PE0363/2023 - ATA 100/2023 - RSU-PRO 2022/1720 - PEDIDO Nº228/2023

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159534733	Confiance Medical	Torre de Vídeo • 01 Microcâmara digital, com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes. Deve possuir conexões de saída de vídeo compatível com Full HD. Com função para ajuste de cor branca (White Balance), congelamento de imagem e ajuste de zoom. Possui sistema de realce de contraste das imagens. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parfocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. • 01 Fonte de iluminação LED com tela sensível ao toque. Possui controle de intensidade de luz, com no mínimo 30.000 horas de vida útil do LED. Com contador de horas digital com indicação do fim de vida útil da lâmpada. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. • 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. • 01 Insuflador de CO2, com tela sensível ao toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás.	UND	1	R\$ 237.400,00	R\$ 237.400,00
Total por Unidade:						R\$ 237.400,00

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2023/03802
Local de Entrega: HMRF
Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 3215 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23050-101

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159534733	Confiance Medical	Torre de Vídeo • 01 Microcâmara digital, com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes. Deve possuir conexões de saída de vídeo compatível com Full HD. Com função para ajuste de cor branca (White Balance), congelamento de imagem e ajuste de zoom. Possui sistema de realce de contraste das imagens. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parfocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. • 01 Fonte de iluminação LED com tela sensível ao toque. Possui controle de intensidade de luz, com no mínimo 30.000 horas de vida útil do LED. Com contador de horas digital com indicação do fim de vida útil da lâmpada. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. • 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 VAC, 60 Hz. • 01 Insuflador de CO2, com tela sensível ao toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás.	UND	6	R\$ 237.400,00	R\$ 1.424.400,00
Total por Unidade:						R\$ 1.424.400,00

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2023/03801
Local de Entrega: HMRG
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 10.976 - Acari, Rio de Janeiro - RJ, 21531-010

TOTAL GERAL: R\$ 1.661.800,00