

**Atas de Registro de Preços (SRP):  
144/2025**

**AF: 177/2026**

**Instituição Contratante:** 19.402.975/0001-74 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAUDE

**Fornecedor:** 13.791.068/0001-88 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**E-mail:** alternativacomercial@gmail.com

**Telefone:** 27782206

**Processo do contrato:** RSU-PRO-2025/08719

**Processo da modalidade de licitação:** Pregão Eletrônico - 90455/2025

**Empenho:** /

**Localidades:** Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 10.976 - Acari, Rio de Janeiro - RJ, 21531-010

**Valores da localidades:** Hospital Municipal Ronaldo Gazolla: R\$ 17.700,00

**Valor total da requisição:** 17.700,00

PROCESSO RSU-PRO-2025/11172 - 99/024.144/2025 - SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA DE GASES MEDICINAIS - Nº NE 2026NE000433

## Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 10.976 - Acari, Rio de Janeiro - RJ, 21531-010

CÓD. SIGMA	ITEM	LOTE	QTD.REQUISIÇÃO	QTD.ENTREGA	VALOR.UNIT	VALOR FINAL	MARCA
65159012281_1	3407 - Vacuômetro Capacidade do frasco a partir de 400 ml com indicação de níveis mínimo e máximo; Escala do manovacuômetro: 0 a -76cmHg (externa) e 0 a -30 polHg (interna); Exatidão + ou - 2,5% do valor indicado; Tampa com conexão de saída em polipropileno na parte externa e latão na parte interna; Boia em polipropileno para evitar transbordamento; Manovacuômetro em aço cromado; Frasco coletor em polipropileno; Conexões conforme normas da ABNT; Anéis de vedação em borracha nitrílica; Dimensões aproximadas: Altura: 23 cm; Largura: 85 mm; Profundidade: 140 mm; Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.	1	100,0000		177,00	17.700,00	MORIYA
<b>TOTAL</b>			<b>100,0000</b>		<b>177,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>784,0000</b>